

**【重要】「Sma-pa マイナタッチ」アップデート後の動作不良について**

2月1日に配信を開始しております「Sma-pa マイナタッチ」のアップデートファイルにおいて、以下の事象が発生することが確認されました。

そのため、現在、当該アップデートファイルの配信を一時停止しておりますことをご報告いたします。

アップデートファイルの配信再開時に改めてご報告させていただきます。

**1. 発生事象**

薬剤情報提供同意画面および特定健診情報提供同意画面において、患者さまが【提供する】を選択した場合でも【提供しない】という結果が出力されてしまう事象が発生することが確認されました。

**2. 対象バージョン**

マイナタッチ本体：1.3.6

**本件に関するお問い合わせ**

電話でのお問い合わせ：050-5811-6358

フォームからのお問い合わせ：[お問い合わせフォーム](#)

ご利用いただいております皆さまにはご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。